

**Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 06.06.2018  
ogłoszone dnia 16.05.2018 r.**

**dotyczące realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie  
nr POIR.01.01.01-00-0912/17,**

**pt. *Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego,*  
złożonego dnia 30 listopada 2017 r., do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w  
ramach**

***Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie  
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R przedsiębiorstw,  
Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,  
naboru nr 5/1.1.1/2017.***

**Nazwa i adres zamawiającego:**

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  
przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał

zakładowy 5 000 zł

NIP: 5252721500

Tel: +48 515 262 381

e-mail: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com

www.wpdpharmaceuticals.com

**Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:**

Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu

e-mail: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com

**Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania  
Ofertowego:**

Beata Pająk

e-mail: beata.pajak@wpd.pharmaceuticals.com

**Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne lub wyższe  
technicznie lub funkcjonalnie od rozwiązań zawartych w OPZ.

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolorowej kamery mikroskopowej o  
rozdzielczości  $2464 \times 2056 = 5,07$  MP z prędkością odświeżania 36 klatek na sek przy  
rozdzielczości  $2464 \times 2056$  pikseli oraz 88 klatek na sek dla  $1232 \times 1028$  pikseli?

- OPZ określiło min. wymagania rozdzielczości kamery na 5 mln pikseli. Zaproponowana  
kamera spełnia ten parametr. O ile pozostałe parametry pozwalają na osiągnięcie zbliżonych  
do określonych w OPZ jakościowo wyników, zamawiający dopuszcza złożenie oferty.