Svensk Förening för Vårdhygien
Tandvårdssektionen
SFVH

Maskin nummer:

DISKDESINFEKTOR
KONTROLLER FÖR DAGLIGT UNDERHÅLL.

* Kontrollera att diskarmarna snurrar
* Kontrollera att dysorna inte är igensatta
* Bottensilen töms och rengörs
* Kammaren rengörs vid behov
* Kontrollera diskmedelsnivån

Sparas 3 år

Datum	Sign	Datum	Sign	Datum	Sign	Datum	Sign

2019-04-28